


Šíření a transformace gaussovského svazku, měření příčného profilu

Jakub Kákona, kaklik@mlab.cz


19.5.2011

1 Změřené parametry


Poloměry svazku vychází podle fitu, pro osu X jako 3,74mm a pro Y 3,8mm.



Obrázek 1: Pozorovaný intenzitní profil výstupního svazku



Obrázek 2: Řez pozorovaným profilem v X ose



Obrázek 3: Řez pozorovaným profilem v Y ose